

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



MULTI IA PLUS 3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T4 : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۶۷۶	۰,۷۹۷	۱۱,۶۵۲	۱۲,۴۴۹	۱۳,۲۴۶	۱۴,۰۴۳	۱۴,۸۴	۱۵,۶۳۷	۱۶,۴۳۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۳,۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۲,۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۳,۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۲,۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۴,۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۲,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۴,۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۶,۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۳,۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۳,۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۳,۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۲,۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۵,۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۲,۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۲,۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۳,۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۳,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۵,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۴,۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۳,۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۳,۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 7.283	SD: 0.99	Mean: 13.597
------------	----------	--------------

