



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۹۴	۱۵,۹۲۸	۶۱۷,۴۴۹	۶۳۳,۳۷۷	۶۴۹,۳۰۵	۶۶۵,۲۳۳	۶۸۱,۱۶۱	۶۹۷,۰۸۹	۷۱۳,۰۱۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۶۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۶۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۶۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۶۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۶۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۶۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۶۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۶۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۶۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۶۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۶۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۶۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۶۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۶۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۶۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۶۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۶۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۶۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۶۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۶۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۶۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۶۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۶۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 2.506	SD: 16.531	Mean: 659.741
------------	------------	---------------

