



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Direct Bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۷۷	۰,۰۱۵	۱,۱۵	۱,۱۶۵	۱,۱۸	۱,۱۹۵	۱,۲۱	۱,۲۲۵	۱,۲۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱,۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱,۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱,۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱,۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 0.893	SD: 0.011	Mean: 1.191
------------	-----------	-------------



42