



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۵۵	۰,۰۵	۲,۱۶۷	۲,۲۱۷	۲,۲۶۷	۲,۳۱۷	۲,۳۶۷	۲,۴۱۷	۲,۴۶۷

مقدار	تاریخ
۲,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۲,۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲,۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۲,۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲,۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۲,۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲,۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲,۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۲,۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۲,۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲,۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲,۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۲,۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۲,۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 1.936	SD: 0.046	Mean: 2.361
------------	-----------	-------------

