

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca (Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۲۲	۰,۱۰۸	۹,۲۶۴	۹,۳۷۲	۹,۴۸	۹,۵۸۸	۹,۶۹۶	۹,۸۰۴	۹,۹۱۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۹,۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۹,۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۹,۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۹,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۹,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۹,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۹,۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۹,۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۹,۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۹,۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۹,۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۹,۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۹,۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۹,۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۹,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۹,۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹,۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۹,۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۹,۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۹,۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۹,۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۹,۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۹,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۹,۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۹,۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۹,۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.223	SD: 0.118	Mean: 9.639
------------	-----------	-------------

