



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۵۱	۱,۲۶۹	۹۰,۰۹۳	۹۱,۳۶۲	۹۲,۶۳۱	۹۳,۹	۹۵,۱۶۹	۹۶,۴۳۸	۹۷,۷۰۷

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 1.474	SD: 1.382	Mean: 93.704
------------	-----------	--------------

