



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۸۹	۴,۳۸۴	۱۷۰,۳۸۱	۱۷۴,۷۶۵	۱۷۹,۱۴۹	۱۸۳,۵۳۳	۱۸۷,۹۱۷	۱۹۲,۳۰۱	۱۹۶,۶۸۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 2.324	SD: 4.244	Mean: 182.63
------------	-----------	--------------

