



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۸۶	۱۵,۵۱۳	۷۷۵,۷۹۴	۷۹۱,۳۰۷	۸۰۶,۸۲	۸۲۲,۳۳۳	۸۳۷,۸۴۶	۸۵۳,۳۵۹	۸۶۸,۸۷۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۸۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۸۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۷۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۸۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۷۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۸۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۸۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۸۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۸۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۸۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۸۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۸۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۸۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۸۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۸۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۸۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۸۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۸۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۸۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۸۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۸۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۸۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۸۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۸۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.979	SD: 16.325	Mean: 824.963
------------	------------	---------------

