

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus-۳ : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Beta hCG : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵۲۷	۲۸,۷۰۹	۴۳۳,۲۵۹	۴۶۱,۹۶۸	۴۹۰,۶۷۷	۵۱۹,۳۸۶	۵۴۸,۰۹۵	۵۷۶,۸۰۴	۶۰۵,۵۱۳

مقدار	تاریخ
۵۰۵,۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۴۸۸,۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۵۰۹,۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۵۲۲,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۴۹۱,۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۶۴,۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۵۳۳,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۵۰۹,۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵۱۰,۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۵۰۳,۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۵۱۲,۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۵۲۱,۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴۹۴,۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۵۱۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۴۹۷,۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۵۷,۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۵۱۳,۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۵۴۷,۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴۴۸,۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۴۷۹,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۴۹۱,۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۴۹۱,۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۸۶,۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴۴۵,۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۴۶۳,۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴۹۲,۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰

CV%: 5.086	SD: 25.181	Mean: 495.098
------------	------------	---------------

