



عنوان کنترل : BioRAD2  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine  
عنوان دستگاه : Olympus-C  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۶۱	۰,۰۹۴	۴,۲۶۷	۴,۳۶۱	۴,۴۵۵	۴,۵۴۹	۴,۶۴۳	۴,۷۳۷	۴,۸۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۴,۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۴,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۴,۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۴,۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۴,۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴,۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۴,۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۴,۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴,۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۴,۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۴,۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۴,۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۴,۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴,۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۴,۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۴,۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴,۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴,۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۴,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۴,۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 1.783	SD: 0.082	Mean: 4.602
------------	-----------	-------------

