



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۴۷	۶,۰۷۷	۳۱۰,۸۰۲	۳۱۶,۸۷۹	۳۲۲,۹۵۶	۳۲۹,۰۳۳	۳۳۵,۱۱	۳۴۱,۱۸۷	۳۴۷,۲۶۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۳۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 1.782	SD: 5.97	Mean: 335.111
------------	----------	---------------

