



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

HDL Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۰۷	۰,۶۷۹	۲۷,۳۹۶	۲۸,۰۷۵	۲۸,۷۵۴	۲۹,۴۳۳	۳۰,۱۱۲	۳۰,۷۹۱	۳۱,۴۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 2.321	SD: 0.688	Mean: 29.63
------------	-----------	-------------



42