



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۶۸	۱,۱۸۴	۷۷,۱۱۵	۷۸,۲۹۹	۷۹,۴۸۳	۸۰,۶۶۷	۸۱,۸۵۱	۸۳,۰۳۵	۸۴,۲۱۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.924	SD: 1.551	Mean: 80.593
------------	-----------	--------------

