

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Albumin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۲۷	۰,۰۴۲	۲,۶۱۵	۲,۶۵۷	۲,۶۹۹	۲,۷۴۱	۲,۷۸۳	۲,۸۲۵	۲,۸۶۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲,۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۲,۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲,۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲,۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲,۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲,۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۲,۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۲,۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲,۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۲,۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲,۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۲,۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.353	SD: 0.037	Mean: 2.761
------------	-----------	-------------

