

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

سری ساخت: ۳۲۶۰۱۱۹۱

Prolactin : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸۵۹	۰,۱۵۶	۳,۵۸	۳,۷۳۶	۳,۸۹۲	۴,۰۴۸	۴,۲۰۴	۴,۳۶	۴,۵۱۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳,۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۴,۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳,۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳,۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۴,۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳,۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳,۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۴,۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۴,۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳,۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳,۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳,۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۴,۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳,۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳,۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳,۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 2.884	SD: 0.115	Mean: 3.979
------------	-----------	-------------

