



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۱۲	۳,۸۲۸	۱۶۱,۵۴۹	۱۶۵,۳۷۷	۱۶۹,۲۰۵	۱۷۳,۰۳۳	۱۷۶,۸۶۱	۱۸۰,۶۸۹	۱۸۴,۵۱۷

مقدار	تاریخ
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.792	SD: 3.103	Mean: 173.143
------------	-----------	---------------

