

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۳۳۱	۳,۳۷	۱۳۴,۴۵۷	۱۳۷,۸۲۷	۱۴۱,۱۹۷	۱۴۴,۵۶۷	۱۴۷,۹۳۷	۱۵۱,۳۰۷	۱۵۴,۶۷۷

مقدار	تاریخ
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.1	SD: 2.998	Mean: 142.762
----------	-----------	---------------

