

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD2  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش : Direct Bilirubin  
عنوان دستگاه: Olympus-C

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۸۷۴	۰,۰۱	۱,۱۶۱	۱,۱۷۱	۱,۱۸۱	۱,۱۹۱	۱,۲۰۱	۱,۲۱۱	۱,۲۲۱

مقدار	تاریخ
۱,۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 0.841	SD: 0.01	Mean: 1.197
------------	----------	-------------

