



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Total Cholesterol

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵	۱,۵۰۲	۹۵,۶۲۷	۹۷,۱۲۹	۹۸,۶۳۱	۱۰۰,۱۳۳	۱۰۱,۶۳۵	۱۰۳,۱۳۷	۱۰۴,۶۳۹

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.663	SD: 1.682	Mean: 101.143
------------	-----------	---------------

