



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Urea : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۴	۰,۷۳	۳۱,۹۴۳	۳۲,۶۷۳	۳۳,۴۰۳	۳۴,۱۳۳	۳۴,۸۶۳	۳۵,۵۹۳	۳۶,۳۲۳

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.783	SD: 0.944	Mean: 33.905
------------	-----------	--------------

