



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH

: عنوان آزمایش

Olympus-C

: عنوان دستگاه

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۶۲	۱۶,۰۴۷	۷۲۹,۹۹۲	۷۴۶,۰۳۹	۷۶۲,۰۸۶	۷۷۸,۱۳۳	۷۹۴,۱۸	۸۱۰,۲۲۷	۸۲۶,۲۷۴

مقدار	تاریخ
۷۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۷۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۷۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۷۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۷۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۷۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۷۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۷۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۷۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۷۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۷۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۷۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۷۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۷۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۷۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۷۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۸۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۷۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.015	SD: 15.686	Mean: 778.429
------------	------------	---------------

