

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

TSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۸۵	۰,۰۰۲	۰,۰۳۳	۰,۰۳۵	۰,۰۳۷	۰,۰۳۹	۰,۰۴۱	۰,۰۴۳	۰,۰۴۵

مقدار	تاریخ
۰,۰۳۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۰,۰۴۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۰,۰۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۰,۰۴۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۰۳۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۰,۰۴۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۰,۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۰,۰۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۰,۰۴۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۰,۰۴۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۰,۰۳۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۰,۰۳۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۰,۰۳۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۰۳۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۰,۰۳۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۰,۰۳۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۰,۰۳۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۰,۰۴۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۰,۰۳۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۰,۰۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۰,۰۳۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۰,۰۴۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 3.915	SD: 0.002	Mean: 0.039
------------	-----------	-------------

