



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۵۶	۱,۳۱۱	۸۰,۳۳۴	۸۱,۶۴۵	۸۲,۹۵۶	۸۴,۲۶۷	۸۵,۵۷۸	۸۶,۸۸۹	۸۸,۲

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.497	SD: 1.261	Mean: 84.238
------------	-----------	--------------

