



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۸۲	۰,۱۰۲	۴,۸۲۱	۴,۹۲۳	۵,۰۲۵	۵,۱۲۷	۵,۲۲۹	۵,۳۳۱	۵,۴۳۳

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۵,۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۵,۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۵,۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۵,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۵,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۵,۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۵,۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۵,۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۵,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۵,۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۵,۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۵,۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۵,۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۵,۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۵,۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۵,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۵,۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.952	SD: 0.101	Mean: 5.179
------------	-----------	-------------

