



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( Ca ( Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۳	۰,۱۹۵	۱۲,۱۶۷	۱۲,۳۶۲	۱۲,۵۵۷	۱۲,۷۵۲	۱۲,۹۴۷	۱۳,۱۴۲	۱۳,۳۳۷

مقدار	تاریخ
۱۲,۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۲,۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۲,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۲,۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۲,۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.364	SD: 0.173	Mean: 12.677
------------	-----------	--------------

