



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : protein total

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

عنوان دستگاه : Olympus-C

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۲۵۸ | ۰,۰۷۹ | ۶,۰۵۱ | ۶,۱۳ | ۶,۲۰۹ | ۶,۲۸۸ | ۶,۳۶۷ | ۶,۴۴۶ | ۶,۵۲۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶,۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
| ۶,۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
| ۶,۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
| ۶,۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
| ۶,۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶,۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
| ۶,۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
| ۶,۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
| ۶,۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
| ۶,۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
| ۶,۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
| ۶,۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
| ۶,۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶,۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
| ۶,۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
| ۶,۴۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
| ۶,۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
| ۶,۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| ۶,۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
| ۶,۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
| ۶,۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| CV%: 1.5 | SD: 0.094 | Mean: 6.255 |
|----------|-----------|-------------|

