



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca (Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۲۹	۰,۱۱۹	۹,۲۸۹	۹,۴۰۸	۹,۵۲۷	۹,۶۴۶	۹,۷۶۵	۹,۸۸۴	۱۰,۰۰۳

مقدار	تاریخ
۹,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۹,۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۹,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۹,۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۹,۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۹,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۹,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۹,۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۹,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۹,۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۹,۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۹,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۹,۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۹,۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۹,۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۹,۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۹,۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.358	SD: 0.131	Mean: 9.64
------------	-----------	------------

