

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Beta hCG : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۲۷	۱,۷۸	۲۷,۴۵۳	۲۹,۲۳۳	۳۱,۰۱۳	۳۲,۷۹۳	۳۴,۵۷۳	۳۶,۳۵۳	۳۸,۱۳۳

مقدار	تاریخ
۳۴,۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳۳,۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳۴,۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳۴,۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۳۲,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۷,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳۷,۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۳۴,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۳۴,۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳۵,۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۴,۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۹,۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۳۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۲,۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۳۴,۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳۶,۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳۴,۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳۶,۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۳۶,۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰

CV%: 5.665	SD: 1.945	Mean: 34.327
------------	-----------	--------------

