



CRP Control L1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

CRP Q : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۱۶۰۴۰۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۴,۹۶۵	۱,۰۳۴	۳,۸۰۵	۴,۸۳۹	۵,۸۷۳	۶,۹۰۷	۷,۹۴۱	۸,۹۷۵	۱۰,۰۰۹

مقدار	تاریخ
۷,۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۷,۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۷,۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۷,۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۷,۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۷,۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۷,۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۷,۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۷,۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۷,۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۷,۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۷,۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۷,۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۷,۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۱

CV%: 5.134	SD: 0.388	Mean: 7.55
------------	-----------	------------

