

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T4 : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۵۱	۰,۲۷۱	۶,۰۳۹	۶,۳۱	۶,۵۸۱	۶,۸۵۲	۷,۱۲۳	۷,۳۹۴	۷,۶۶۵

مقدار	تاریخ
۶,۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۶,۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۶,۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۶,۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۶,۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۶,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۷,۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۶,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۶,۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۶,۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۷,۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۶,۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۶,۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۶,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۶,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۶,۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۶,۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۶,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۶,۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۶,۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۶,۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 5.422	SD: 0.353	Mean: 6.51
------------	-----------	------------

