



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Transferrin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۲۸	۲,۶۸۵	۱۶۷,۶۱۵	۱۷۰,۳	۱۷۲,۹۸۵	۱۷۵,۶۷	۱۷۸,۳۵۵	۱۸۱,۰۴	۱۸۳,۷۲۵

مقدار	تاریخ
۱۷۳,۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۷۸,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۷۴,۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۷۶,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۷۷,۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۷۴,۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۷۴,۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۷۷,۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۷۲,۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۷۱,۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۷۶,۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۷۸,۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۷۶,۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۷۹,۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.348	SD: 2.371	Mean: 175.886
------------	-----------	---------------

