



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۴	۱۰,۳۴۹	۴۳۰,۹۵۳	۴۴۱,۳۰۲	۴۵۱,۶۵۱	۴۶۲	۴۷۲,۳۴۹	۴۸۲,۶۹۸	۴۹۳,۰۴۷

مقدار	تاریخ
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۴۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۴۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۴۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۴۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.107	SD: 9.749	Mean: 462.619
------------	-----------	---------------

