



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۴۶	۲,۸۸۶	۲۴۳,۲۰۹	۲۴۶,۰۹۵	۲۴۸,۹۸۱	۲۵۱,۸۶۷	۲۵۴,۷۵۳	۲۵۷,۶۳۹	۲۶۰,۵۲۵

مقدار	تاریخ
۲۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.283	SD: 3.23	Mean: 251.667
------------	----------	---------------

