

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

TSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۳۲	۰,۱۴۳	۳,۱۹۸	۳,۳۴۱	۳,۴۸۴	۳,۶۲۷	۳,۷۷	۳,۹۱۳	۴,۰۵۶

مقدار	تاریخ
۳,۴۹۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳,۴۸۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳,۶۰۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۳,۴۷۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۶۳۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۳,۷۹۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳,۵۰۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۳,۶۳۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳,۴۸۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳,۳۶۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳,۵۶۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳,۵۵۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۳,۵۹۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۳,۴۶۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳,۴۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۳,۶۱۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳,۷۷۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳,۶۹۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳,۵۷۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۳,۶۵۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳,۵۸۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 3.17	SD: 0.113	Mean: 3.579
-----------	-----------	-------------

