



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Olympus-C

عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۴۴	۲,۷۶۹	۱۸۳,۳۹۳	۱۸۶,۱۶۲	۱۸۸,۹۳۱	۱۹۱,۷	۱۹۴,۴۶۹	۱۹۷,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۷

مقدار	تاریخ
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.642	SD: 3.167	Mean: 192.857
------------	-----------	---------------

