



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : protein total

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۴۲	۰,۰۵۱	۳,۹۷	۴,۰۲۱	۴,۰۷۲	۴,۱۲۳	۴,۱۷۴	۴,۲۲۵	۴,۲۷۶

مقدار	تاریخ
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴,۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴,۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۴,۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۴,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴,۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۴,۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴,۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.627	SD: 0.067	Mean: 4.1
------------	-----------	-----------

