



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

HDL Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۰۵۹	۲,۱۴۵	۶۳,۶۹۸	۶۵,۸۴۳	۶۷,۹۸۸	۷۰,۱۳۳	۷۲,۲۷۸	۷۴,۴۲۳	۷۶,۵۶۸

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 3.097	SD: 2.156	Mean: 69.619
------------	-----------	--------------

