



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۰۹	۰,۰۴۵	۲,۲۲۵	۲,۲۷	۲,۳۱۵	۲,۳۶	۲,۴۰۵	۲,۴۵	۲,۴۹۵

مقدار	تاریخ
۲,۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲,۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۲,۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۲,۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۲,۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۲,۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۲,۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۲,۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۲,۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۲,۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۲,۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۲,۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲,۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.447	SD: 0.057	Mean: 2.346
------------	-----------	-------------

