

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Mg (Magnesium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۴۵	۰,۱۰۵	۳,۲۵۲	۳,۳۵۷	۳,۴۶۲	۳,۵۶۷	۳,۶۷۲	۳,۷۷۷	۳,۸۸۲

مقدار	تاریخ
۳,۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳,۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۳,۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳,۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۳,۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۳,۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳,۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳,۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳,۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۳,۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۳,۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۳,۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳,۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۳,۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳,۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۳,۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 3.6	SD: 0.13	Mean: 3.601
----------	----------	-------------

