



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG

: عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۴۱	۱۵,۹۹۴	۷۷۶,۱۱۸	۷۹۲,۱۱۲	۸۰۸,۱۰۶	۸۲۴,۱	۸۴۰,۰۹۴	۸۵۶,۰۸۸	۸۷۲,۰۸۲

مقدار	تاریخ
۸۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۸۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۸۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۸۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۸۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۸۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۸۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۸۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۸۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۸۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۸۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۸۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۸۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۷۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۸۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۸۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۸۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.868	SD: 15.364	Mean: 822.524
------------	------------	---------------

