

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۳۲	۲,۱۰۷	۱۵۱,۸۷۹	۱۵۳,۹۸۶	۱۵۶,۰۹۳	۱۵۸,۲	۱۶۰,۳۰۷	۱۶۲,۴۱۴	۱۶۴,۵۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.113	SD: 1.758	Mean: 157.905
------------	-----------	---------------

