



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۰۷	۳,۰۲۶	۱۲۲,۰۵۵	۱۲۵,۰۸۱	۱۲۸,۱۰۷	۱۳۱,۱۳۳	۱۳۴,۱۵۹	۱۳۷,۱۸۵	۱۴۰,۲۱۱

مقدار	تاریخ
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.894	SD: 2.522	Mean: 133.19
------------	-----------	--------------

