



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

(P (Phosphorus

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۵۳	۰,۱۱۵	۶,۵۹۸	۶,۷۱۳	۶,۸۲۸	۶,۹۴۳	۷,۰۵۸	۷,۱۷۳	۷,۲۸۸

مقدار	تاریخ
۶,۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۶,۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۶,۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۶,۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۶,۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۷,۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷,۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۷,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۶,۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۶,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۶,۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۶,۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۷,۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۶,۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۷,۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۶,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۶,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۶,۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۷,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 2.111	SD: 0.147	Mean: 6.959
------------	-----------	-------------

