

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۱/۱۲:

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۰۱	۰,۹۱۳	۱۵,۱۶۸	۱۶,۰۸۱	۱۶,۹۹۴	۱۷,۹۰۷	۱۸,۸۲	۱۹,۷۳۳	۲۰,۶۴۶

مقدار	تاریخ
۱۸,۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۱۷,۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۹,۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۱۸,۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷,۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۱۸,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۹,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۷,۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۸,۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۸,۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۸,۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۱۸,۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۶,۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۸,۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۸,۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۹,۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۱۸,۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۷,۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۸,۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۸,۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 4.185	SD: 0.763	Mean: 18.236
------------	-----------	--------------

