



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.P.T. (ALT

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۰۶	۱,۹۴۳	۹۱,۰۳۸	۹۲,۹۸۱	۹۴,۹۲۴	۹۶,۸۶۷	۹۸,۸۱	۱۰۰,۷۵۳	۱۰۲,۶۹۶

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.483	SD: 1.436	Mean: 96.81
------------	-----------	-------------

