



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۴	۱,۵۶۴	۷۵,۹۴۱	۷۷,۵۰۵	۷۹,۰۶۹	۸۰,۶۳۳	۸۲,۱۹۷	۸۳,۷۶۱	۸۵,۳۲۵

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۸
۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱

CV%: 1.354	SD: 1.076	Mean: 79.429
------------	-----------	--------------

