



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۹	۰,۱۵۱	۴,۷۴۳	۴,۸۹۴	۵,۰۴۵	۵,۱۹۶	۵,۳۴۷	۵,۴۹۸	۵,۶۴۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۵,۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۵,۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۵,۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۵,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۵,۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۵,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵,۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۵,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۵,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۵,۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۵,۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۵,۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۵,۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۵,۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۵,۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۵,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۵,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۵,۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۵,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۵,۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۵,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۵,۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.438	SD: 0.13	Mean: 5.328
------------	----------	-------------

