



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۹۵	۰,۰۵۹	۲,۱۷۸	۲,۲۳۷	۲,۲۹۶	۲,۳۵۵	۲,۴۱۴	۲,۴۷۳	۲,۵۳۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲,۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۲,۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲,۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۲,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲,۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۲,۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲,۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲,۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.798	SD: 0.066	Mean: 2.353
------------	-----------	-------------



Olympus-C

