



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.P.T. (ALT

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۱۹	۱,۸۶۳	۹۱,۵۱۱	۹۳,۳۷۴	۹۵,۲۳۷	۹۷,۱	۹۸,۹۶۳	۱۰۰,۸۲۶	۱۰۲,۶۸۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.112	SD: 2.049	Mean: 97.038
------------	-----------	--------------

