



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۶۱۸ | ۱۷,۴۶۳ | ۶۱۴,۷۷۸ | ۶۳۲,۲۴۱ | ۶۴۹,۷۰۴ | ۶۶۷,۱۶۷ | ۶۸۴,۶۳ | ۷۰۲,۰۹۳ | ۷۱۹,۵۵۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
| ۶۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
| ۶۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
| ۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| ۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| ۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
| ۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
| ۶۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| ۶۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| ۶۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
| ۶۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
| . | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
| ۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| ۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
| ۶۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
| ۶۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| ۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| ۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
| ۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
| ۶۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
| ۷۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
| ۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| ۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| ۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| ۶۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
| ۶۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |

| | | |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 2.867 | SD: 19.216 | Mean: 670.269 |
|------------|------------|---------------|

